

# 脱毛に用いる美容医療機器一覽

美容皮膚科医・美容形成外科医への美容医療機器アンケート

わが国で使用されている脱毛を目的とした美容医療機器の一覽を示す。機器の情報ページは、サプライヤー（販売・輸入会社）から提供を受け作成した。同時に、弊誌にて執筆等でご協力をいただいている医師に脱毛の治療に用いている機器についてアンケートを行った。アンケートの際にコメントをいただいたものは、Doctor's Commentにて紹介している。

※脱毛に用いるおもな美容医療機器を掲載しておりますため、すべての機器を掲載しているものではないことをあらかじめご了承くださいませようお願い致します。  
※各機器の名称等のTMマークおよびRマーク(®)は割愛しています。

- 企画・監修 川島 眞先生(東京女子医科大学名誉教授)
- アンケート期間 2021年4月21日～5月12日
- 対象 学術誌『Bella Pelle』にご協力いただいている先生方(28ページにてご紹介)

## 凡例

### 【使用目的】

Device Navi 01 株式会社 INFIX

#### evermoove

医療用レーザー脱毛機 国内承認：無

- ダイオードレーザーによる808nmの波長で肌をダメージから守りながら効率よく脱毛し、毛の再生を防ぐ。

フィルター波長	808nm
パルス幅/照射時間	5～100ms(step 5ms)
パルス波形	—
スポットサイズ	10×10mm
くり返し照射スピード	1～10Hz
搭載可能なほかのアプリケータ	—

- フィルター交換式 — ■クーリング 有 ■メーカー保証 1年 ■アプリケータ保証 1年 ■寸法(幅×奥行×高さ) 430×420×330mm ■重量 21.5kg ■必要電圧 110～230V ■販売価格 — ■製造国 イタリア

[Supplier's comment] コンパクトながらハイパワーな、痛みの少ないダイオードレーザー脱毛機です。プレクーリングの必要がなく、全ての肌タイプ(日焼けした肌含む)に対応できます。1,500万ショットの照射が可能です。

### 【スペックおよび機器情報】

機器のスペックおよび、保証の有無、販売価格などの情報です。機器の紹介文は、「Supplier's Comment」として挿入しました(紙幅の都合上、割愛したものもあります)。

### 【機器の画像】



### 【Doctor's Comment】

学術誌『Bella Pelle』にご協力いただいている先生方より寄せられたコメントです。編集部にて選定のうえ、掲載しております。